

dotyczy: . „Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi” - ZP/09/2020

PAKIET nr 4 - Urządzenia medyczne dla noclegowni przy ul. Przybyszewskiego 253

Kardiomonitor z funkcją drukowania pomiaru

LP 1 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z wystarczającym zakresem pomiaru ciśnienia: ciśnienie skurczowe: ciśnienie rozkurczowe : średnie ciśnienie tętnicze:

- dorośli: 40~270mmHg 10~215mmHg 20~235mmHg

- noworodek: 40~135mmHg 10~100mmHg 20~110mmHg?

Ssak elektryczny

LP 3 - Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z wydajnością (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzieliny): 43 l/min ?

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ssak elektryczny z dwoma zbiornikami 2 litrowymi wielorazowe z polisulfonianu na wydzielinę przystosowanymi do wkładów jednorazowych ? Zbiorniki 2 litrowe są najbardziej praktycznym rozwiązaniem w ssakach do pracy ciągłej. Zbiorniki 4 i 5 litrowe są dostępne na rynku medycznym ale bez możliwości stosowania wkładów jednorazowych.