

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu ZP/09/2020 „Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

W związku z wpływem w dn. 29.12.2020 r. pytania dotyczącego przetargu ZP/09/2020 pn. „Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi” informuję:

Pakiet nr 4

Ad.1

Kardiomonitor z funkcją drukowania pomiaru

LP 1 – Zamawiający zgadza się na dopuszczenie do przetargu kardiomonitora z wystarczającym zakresem pomiaru ciśnienia: ciśnienie skurczowe: ciśnienie rozkurczowe: średnie ciśnienie tętnicze:

- dorosły: 40~270mmHg 10~215mmHg 20~235mmHG
- noworodek: 40~135mmHg 10~100mmHg 20~110mmHg

Ad.2

Ssak elektryczny

LP 3 – Zamawiający zgadza się na dopuszczenie do przetargu ssaka elektrycznego z wydajnością (mierzona w zakresie pracy za zbiornikiem na wydzielinę): 43 l/min.

Zamawiający zgadza się na dopuszczenie do przetargu ssaka elektrycznego z dwoma zbiornikami 2 litrowymi wielorazowymi z polisulfonianu na wydzielinę, przystosowanymi do wkładów jednorazowych.

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Centrum Terapii
i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi
lek. med. Antoni Pisarski