

Lublin, dnia 13.07.2023 r.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Lublinie, 20 – 331 Lublin, ul. Grenadierów 3
PNDzZPiZ 2355 – 273/ 23

WYJAŚNENIA NR 2
DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Pracowni
Hemodynamiki SP ZOZ MSWiA w Lublinie
Znak : ZP / 15 / 2023

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

do zapisów w umowie - par. 5 ust. 17: Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu wykonania naprawy dzierżawionego urządzenia (par. 5 ust. 17 wzoru umowy, oraz par.6 ust 17 wzoru umowy z bankiem) do 3 dni roboczych. Wykonanie skutecznej naprawy, na którą składają się rozmowa telefoniczna, przyjazd diagnostyczny , transport części z głównego magazynu. przyjazd na miejsce i naprawa przez inżyniera, jest niemożliwy do zrealizowania w ciągu 1 dnia roboczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Czy mogę Cię prosić o pomoc w doprecyzowaniu odpowiedzi na nasze pytanie do pakietu nr 10? Są dwie odpowiedzi – pyt. 1 – zamawiający nie dopuszcza, pyt. 16 – zamawiający dopuszcza.

Odpowiedź: Prawidłowa odpowiedź to zamawiający dopuszcza.

Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu ofert.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie.

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

dr Konrad Sawicki